

Утверждаю
КГИ на ПХВ
«Поликлиника №3 г. Экибастуза»
Главный врач Сакенова К.С.



Наименование товара: Комплекс рентгеновский диагностический наличие, действующее регистрационное удостоверение на комплекс рентгеновский диагностический

Подробное техническое описание:

Излучатель с рентгеновской трубкой:

Параметры:

- максимальная допустимая мощность не менее - 20/ 50 кВт
- фокусное пятно, мм не менее - 0,6 / 1,2
- теплоёмкость анода не менее, кНю- 300

Стол томографический:

Технические характеристики:

- размер деки стола не менее - 2180x750 мм.
- максимальная масса пациента не более - 200 кг;
- поперечное перемещение деки с пациентом не менее - 230 мм;
- продольное перемещение деки с пациентом не менее - 870 мм;
- горизонтальное перемещение колонны с излучателем электроприводом не менее - 1710 мм;
- вертикальное перемещение излучателя не менее - 1470 мм;
- вращение колонны вокруг своей оси - ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов;
- вращение излучателя с рентгеновской трубкой вокруг своей оси – ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов;
- материал деки стола – пластиковый ламинат;
- фокусное расстояние до пленки не более 1235 мм;
- фокусное расстояние до пола не более 1900 мм;
- фокусное расстояние при томографии не более 1200 мм;
- диапазон изменения высоты томографического слоя не более 250 мм.
- проведение томографии при четырех углах (в диапазоне 5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: не более 2,4 секунды.

Кассетодержатель технические характеристики:

- примерный размер кассет 13x18 до 35x43;
- продольное перемещение не более 540 мм с электромагнитной блокировкой;
- центрирование кассет – полуавтоматическое;
- отсеивающий растр с отношением не менее 10:1; 34 лин/см.

Стойка для снимков вертикальная:

Технические характеристики:

- примерный размер кассеты от 13x18 до 35x43 см;
- диапазон вертикального перемещения кассетоприемника не менее 1500 мм.
- расстояние пациент-пленка не менее 42,5 мм;
- отсеивающий растр с отношением примерно 10:1; 34 лин/см.

Устройство рентгеновское питающее с пультом управления:

Технические характеристики:

- при номинальном напряжении питания с сопротивлением сети не менее 0,17 Ом,
- мощность питающего устройства не менее - 50 кВт;
- частота формирования высокого напряжения не менее - 400 кГц;
- установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: не менее 40-150 кВ с шагом 1 кВ;
- установки анодного тока в режиме рентгенографии: не менее 10 ÷ 630 мА, 19 шагов;

(Handwritten signatures in blue ink)

Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до пояса при проведении рентгенодиагностических исследований.

Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.

Фартук защитный:

Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии.

Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.

Юбка защитная:

Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей.

Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.

Воротник защитный:

Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях.

Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.

Перчатки защитные:

Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований.

Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм.

Шапочка защитная:

Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения.

Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм.

Очки защитные:

Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии.

Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм.

Передник для защиты гонад:

Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей.

Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.

Тележка гидравлическая ручная:

Предназначена для транспортировки грузов вручную.

Грузоподъемность не менее 2,5 т.

Комплект поставки

Контроллер рентгеновского излучения – 1 шт.

Трансформатор высокого напряжения – 1 шт.

Рентгеновская трубка – 1 шт.

Коллиматор – 1 шт.

Стойка рентгеновской трубки-тип напольный-1 шт

Стол Букки, 4-направления – 1 шт.

Решетка букки – 1 шт.

Кабель высокого напряжения – 1 шт.

Вторичный источник электропитания (PSU)- 1шт

Проявочный процессор рентгеновских пленок – 1шт

Кассета 24x30

Пленка 24x30

Комплект ЗИП (или комплект принадлежностей):

- диапазон мАс, не менее $0.5 \div 1000$ мАс 34 шага;
- отключение анодного напряжения в случае обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки;
- возможность выполнения рентгенографии с органоавтоматикой на всех рабочих местах;
- возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок:
 - кВ + мАс;
 - кВ + мА + с;
 - автоматическая экспозиция;
 - органоавтоматика;

Индикация:

- фактической длительности снимка;
- фактического значения кВ;
- фактического значения количества.

Устройство рентгеновское питающее комплектуется в т.ч.:

Автоматический выключатель.

Автоматический выключатель.

Автоматический выключатель.

Коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.).

Комплект кабелей.

Растр отсеивающий:

Растр отсеивающий с отношением 10:1

Проявочная машина:

Назначение – проявка, закрепление и сушка рентгенограмм на рентгеновской плёнке.

Водоснабжение - автономно от центрального водоснабжения;

Дренаж отработанных растворов - автономно от централизованной канализации;

Скорость движения стандартной пленки - не менее 28,5 см/мин.;

Ёмкость расходных баков для химических реактивов и воды - не менее 5 литров;

Производительность обработки снимков не менее 24x30 см –70 шт / час;

Максимальная ширина обрабатываемой пленки - не менее 36 см;

Минимальный размер листовой пленки не менее - 10x10 см;

Стекло рентгенозащитное:

Размер стекла предпочтительно 1000*800 мм;

Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм., 110 кВ (толщина 10-12 мм)

Рама для рентгенозащитного стекла:

Нержавеющая сталь со свинцовым промежуточным слоем

Устойчиво к воздействию воды, к водяному пару, влажному воздуху, слабым органическим и неорганическим кислотам

Стабилизатор напряжения:

Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс.

Тип стабилизатора: трехфазный

Мощность: не менее 100 кВА.

Стол оператора:

Материал: предпочтительно ЛДСП

Ширма рентгенозащитная большая:

Предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях.

Свинцовый эквивалент 1 мм.

Устройство защитное:

Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания

Жилет защитный:

Потенциометр многооборотный;

Галогенная лампа;

Ключи рожковые, набор;

Отвертка фигурно-крестовая;

Отвертка фигурно-крестовая, малая.

Набор защитных пластин (изделие предназначено для защиты отдельных органов и частей тела пациента от рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм).

Требования к условиям эксплуатации

Трёхфазная электрическая сеть 380 ($\pm 10\%$)В, 50(± 1) Гц

Руководство пользователя – на русском и казахском языке.

Документация:

- Свидетельство о регистрации оборудования на территории РК;
- Сертификат соответствия;
- Письмо об отсутствии необходимости внесения в Реестр СИ;
- Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках

Демонтаж изношенного рентгеновского оборудования

Монтаж и инсталляция:

Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте заказчика (медицинское учреждение).

Срок гарантийного обслуживания:

36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.

Срок поставки: 30 календарных дней

Врач рентгенолог:



Тухватулина Г.Ф.



(Кому) _____

(наименование заказчика)

(От кого)

(наименование потенциального поставщика)

**Заявка на участие в тендере
(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность и юридических лиц)**

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729,

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация), _____,

(наименование потенциального поставщика) выражает согласие осуществить поставку товаров в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам:

(подробное описание товаров)

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. _____
2. _____
3. _____

Настоящая тендерная заявка действует в течение _____ дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.

(прописью)

Подпись, дата

должность, фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Печать

(при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению _____
(наименование

потенциального поставщика)



**Опись документов, прилагаемых
к заявке потенциального поставщика**

№	Наименование документа	Дата и номер	Краткое содержание	Кем подписан документ	Оригинал, нотариально засвидетельствованная копия, копия	Стр.
---	------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	--	------

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Справка об отсутствии просроченной задолженности

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на _____
подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств
длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов
бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном
обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления
Национального Банка Республики Казахстан

_____ (указать полное наименование физического лица,

_____ осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица,
телефон, адрес, БИН/ИИН*, БИК**), обсуживающегося в данном банке/филиале банка,
выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись

Печать
(при наличии)

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/ индивидуальный
идентификационный номер;

**БИК - банковский идентификационный код.



Сведения о квалификации
(заполняются потенциальным поставщиком при закупках лекарственных средств,
изделий медицинского назначения, медицинской техники, фармацевтических
услуг)

Наименование тендера _____

1. Общие сведения о потенциальном поставщике:

Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, осуществляющего предпринимательскую
деятельность) _____

БИН/ИИН*/УНП** _____

2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком,
аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере*** (заполняется в
случае наличия)

Наименование товара	Наименование заказчика	Место поставки товара	Дата поставки товара	Наименование, дата и номер подтверждающего документа	Стоимость договора, тенге
1	2	3	4	5	6

*** Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю

Подпись, дата _____ должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Печать (при наличии) _____

*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный
идентификационный номер;

**УНП - учетный номер налогоплательщика.

Приложение 6
к тендерной документации

**Таблица цен потенциального поставщика
(наименование потенциального поставщика,
заполняется отдельно на каждый лот)**

№	содержание	наименование товаров
1	2	3
1.	Краткое описание	
2.	Страна происхождения	
3.	Завод-изготовитель	
4.	Единица измерения	
5.	Цена _____ за единицу в _____ на условиях _____ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения)	
6.	Количество (объем)	
7.	Всего цена = стр.5 x стр.6, в _____	
8.	Общая цена, в _____ на условиях _____ ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения, DDP) включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы. Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе: 8.1. 8.2.	
9.	Размер скидки, в случае ее предоставления 9.1. 9.2.	

Подпись, дата

должность, фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Печать
(при наличии)

Handwritten signature in blue ink

Банковская гарантия

Наименование банка _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому _____
(наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № _____

« ____ » _____ г.

_____ (местонахождение)

Мы были проинформированы,
что _____
(наименование потенциального поставщика)
в дальнейшем «Поставщик», принимает участие в тендере по закупке
_____,
организованном _____
(наименование заказчика, организатора закупа
и готов осуществить поставку (оказать услугу) _____ на общую
сумму _____ тенге.
(наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

Тендерной документацией от « ____ » _____ г. по проведению
вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками
обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим, мы _____ настоящим берем на себя
(наименование банка)
безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму,
равную _____
(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного
подтверждения того, что Поставщик:

- 1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного
срока приема тендерных заявок;
- 2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания
победителем тендера;
- 3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение
договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными
заявками.

Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной
заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки
продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта

Печать

(при наличии)

Дата и адрес



Типовой договор закупа

«___» _____ Г.
(Местонахождение) _____, именуемый (ое) (ая)
(полное наименование Заказчика)
в дальнейшем – «Заказчик», в лице _____,
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица
с одной стороны, и _____,
(полное наименование Поставщика – победителя тендера)
_____, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – «Поставщик»,
в лице _____,
должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного
лица, действующего на основании _____,
(устава, положения)
с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных
средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих)
препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в
системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных
постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и
протокола об итогах закупа способом _____ по запуску _____,
прошедшего в году _____ № _____ от «___» _____ года заключили
настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями
Договора, в количестве и качестве, определенных в приложениях к настоящему Договору,
а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями Договора.
2. Общая стоимость товаров составляет (сумма цифрами и прописью) (далее –
общая сумма договора).
3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее
толкование:
 - 1) Договор – гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и
Поставщиком в соответствии с Правилами организации и проведения закупа
лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических,
дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской
техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального
медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми
приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в
договоре есть ссылки;
 - 2) цена Договора означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком
Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;
 - 3) товары - товары и сопутствующие услуги, которые Поставщик должен
поставить Заказчику в рамках Договора;
 - 4) сопутствующие услуги - услуги, обеспечивающие поставку товаров, такие,
например, как транспортировка и страхование, и любые другие вспомогательные услуги,



включающие, например, монтаж, пуск, оказание технического содействия, обучение и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные данным Договором;

5) Заказчик – КГП на ПХВ «Поликлиника №3 г.Экибастуза»;

6) Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых товаров – Приложение к настоящему Договору, содержащий описание и характеристики закупаемого товара, количество, цену за единицу, график поставки, место поставки по каждой позиции;

3) обеспечение исполнения Договора (данный подпункт указывается, если в тендерной документации предусматривается внесение обеспечения исполнения Договора).

5. Форма оплаты: перечисление на расчетный счет Поставщика.

6. Сроки выплат: по факту поставки Товаров, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

7. Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) счет-фактура;

2) накладная;

3) акт приема-передачи и акт ввода в эксплуатацию товара.

4) копия регистрационного удостоверения (при необходимости);

8. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации.

9. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора. Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств.

10. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к Договору. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров.

12. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным нормативно-правовыми актами РК.

13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров.

14. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения: г.Экибастуз ул. Мэшһур Жүсіп 42 Г

Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора.

15. В рамках данного Договора Поставщик должен предоставить услуги, указанные в документации, представляемой при проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

16. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора.

17. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготавливаемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока.

18. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:

а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;

б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части.

19. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное, зарегистрированными в РК. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика.

20. Эта гарантия действительна в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию всей партии товаров.

21. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

22. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика не более 14 (четырнадцати) дней.

23. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика.

24. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 5 и 6 настоящего договора.

25. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его таблице цен, представляемой Заказчику при проведении закупа запросом ценовых предложений.

26. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами.

27. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

28. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

29. Поставка товаров и предоставление услуг должны осуществляться Поставщиком в срок, указанный в Приложении № 1 к Договору.

30. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к выплате неустойки.

31. Если в период выполнения Договора Поставщик в любой момент столкнется с условиями, мешающими своевременной поставке товаров, Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о факте задержки, ее предположительной длительности и причине(ах). После получения уведомления от Поставщика Заказчик должен оценить ситуацию и может, по своему усмотрению, продлить срок выполнения Договора

Поставщиком; в этом случае такое продление должно быть ратифицировано сторонами путем внесения поправки в текст договора.

32. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара.

33. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств.

34. Для целей настоящего Договора «форс-мажор» означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров.

35. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

36. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

37. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

38. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактически поставленный товар и затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

39. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

40. Допускается внесение изменений в подписанный договор о закупе при условии неизменности цены и качества, и других условий, явившихся основой для выбора поставщика в части изменения объемов закупа.

41. Договор составляется на русском языке. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на русском языке. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должна соответствовать данным условиям.


42. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.

43. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

44. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

45. Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2017 года.

46. Адреса и реквизиты Сторон:



Банковская гарантия
(вид обеспечения исполнения договора поставки/договора закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договора финансового лизинга)

Наименование банка: _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____
(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № _____

_____ «___» _____ г.
(место нахождения)

Принимая _____ во _____ внимание, _____ что

_____ (наименование поставщика)

«Поставщик» заключил(ит)* договор поставки/договор закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договор финансового лизинга _____ между заказчиком и поставщиком №__ от _____ г. (далее – договор) на поставку (оказание)

_____ (описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде _____ банковской _____ гарантии _____ на _____ общую _____ сумму _____ тенге, _____ настоящим

_____ (наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную _____ по получении

_____ (сумма в цифрах и прописью)

Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным пунктами 98, 282,472 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

Данная гарантия вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подпись и печать гарантов

Дата и адрес





Приложение 10
к Договору о закупке
№ _____ от _____. 2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

№ п/п	№ лота	Наименование	Наименование товара, техническая спецификация (характеристика). Производитель, страна производителя	Ед. изм.	Кол-во/объем	Цена за единицу товара, в тенге	Сумма, тенге	Место поставки	Срок поставки
1	1	Комплекс рентгеновский диагностический	<p>Подробное техническое описание: Излучатель с рентгеновской трубкой: Параметры: - максимальная допустимая мощность не менее - 20/ 50 кВт - фокусное пятно, мм не менее -0,6 / 1,2 - теплоёмкость анода не менее, кНц- 300</p> <p>Стол томографический: Технические характеристики: - размер деки стола не менее - 2180x750 мм. - максимальная масса пациента не более - 200 кг; - поперечное перемещение деки с пациентом не менее - 230 мм; - продольное перемещение деки с пациентом не менее - 870 мм; - горизонтальное перемещение колоны с излучателем электроприводом не менее - 1710 мм; - вертикальное перемещение излучателя не менее - 1470 мм; - вращение колонны вокруг своей оси - ручное, от плюс 90 до минус 90 градусов; - вращение излучателя с рентгеновской трубкой вокруг своей оси - ручное, от плюс 180 до минус 180 градусов; - материал деки стола - пластиковый ламинат; - фокусное расстояние до пленки не более 1235 мм;</p>	КомплеКС	1	20 583 48 20 583 48 00	20 583 48 20 583 48 00	г. Экибастуз ул. Мәшһүр Жүсіп 42 Г	30 календарных дней



<ul style="list-style-type: none"> - фокусное расстояние до пола не более 1900 мм; - фокусное расстояние при томографии не более 1200 мм; - диапазон изменения высоты томографического слоя не более 250 мм. - проведение томографии при четырех углах (в диапазоне 5°, 20°, 30°, 45°) и трех скоростях, проводимой за разное время экспозиции: не более 2,4 секунды. 	<p>Кассетодержатель технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - примерный размер кассет 13x18 до 35x43; - продольное перемещение не более 540 мм с электромагнитной блокировкой; - центрирование кассет – полуавтоматическое; - отсеивающий растр с отношением не менее 10:1; 34 лин/см. 	<p>Стойка для снимков вертикальная:</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> - примерный размер кассеты от 13x18 до 35x43 см; - диапазон вертикального перемещения кассетопримемника не менее 1500 мм. - расстояние пациент-пленка не менее 42,5 мм; - отсеивающий растр с отношением примерно 10:1; 34 лин/см. 	<p>Устройство рентгеновское питающее с пультом управления:</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> при номинальном напряжении питания с сопротивлением сети не менее 0,17 Ом, - мощность питающего устройства не менее - 50 кВт; - частота формирования высокого напряжения не менее - 400 кГц; 	<ul style="list-style-type: none"> - установки анодного напряжения в режиме рентгенографии: не менее 40-150 кВ с шагом 1 кВ; - установки анодного тока в режиме рентгенографии: не менее 10 ÷ 630 мА, 19 шагов; - диапазон мАс, не менее 0.5 ÷ 1000 мАс 34 шага; - отключение анодного напряжения в случае 					






			<p>обрыва в цепях накала, а также в цепях разгона анода рентгеновской трубки;</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность выполнения рентгенографии с оргоавтоматикой на всех рабочих местах; - возможность установки параметров снимка с пульта управления при следующих системах уставок: <ul style="list-style-type: none"> - кВ + мАс; - кВ + мА + с; - автоматическая экспозиция; - оргоавтоматика; <p>Индикация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фактической длительности снимка; - фактического значения кВ; - фактического значения количества. <p>Устройство рентгеновское питающее комплектуется в т.ч.:</p> <p>Автоматический выключатель. Автоматический выключатель. Автоматический выключатель. Коробка-щиток под автомат. выкл. (наружн.). Комплект кабелей.</p> <p>Растр отсеивающий: Растр отсеивающий с отношением 10:1</p> <p>Проявочная машина: Назначение – проявка, закрепление и сушка рентгенограмм на рентгеновской плёнке. Водоснабжение – автономно от центрального водоснабжения; Дренаж отработанных растворов – автономно от централизованной канализации; Скорость движения стандартной пленки - не менее 28,5 см/мин.;</p> <p>Ёмкость расходных баков для химических реактивов и воды - не менее 5 литров; Производительность обработки снимков не менее 24х30 см –70 шт / час;</p> <p>Максимальная ширина обрабатываемой пленки - не менее 36 см; Минимальный размер листовой пленки не менее -</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--







		<p>10x10 см;</p> <p>Стекло рентгенозащитное: Размер стекла предпочтительно 1000*800 мм; Свинцовый эквивалент не менее 3.2 мм., 110 кВ (толщина 10-12 мм)</p> <p>Рама для рентгенозащитного стекла: Нержавеющая сталь со свинцовым промежуточным слоем</p> <p>Устойчиво к воздействию воды, к водяному пару, влажному воздуху, слабым органическим и неорганическим кислотам</p> <p>Стабилизатор напряжения: Стабилизатор напряжения для стабилизации питания подаваемого на весь комплекс.</p> <p>Тип стабилизатора: трехфазный</p> <p>Мощность: не менее 100 кВА.</p> <p>Стол оператора: Материал: предпочтительно ЛДСП</p> <p>Ширина рентгенозащитная большая: Предназначена для защиты пациента и медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских исследований; используется в рентгеновских кабинетах, радиологических лабораториях.</p> <p>Свинцовый эквивалент 1 мм.</p> <p>Устройство защитное: Предназначен для защиты от бросков напряжения и внезапного обрыва фаз электропитания</p> <p>Жилет защитный: Жилет предназначен для защиты спереди и сзади органов грудной клетки от плеч до пояницы при проведении рентгенодиагностических исследований.</p> <p>Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.</p> <p>Фартук защитный: Фартук предназначен для защиты от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгеноскопии, рентгенографии.</p> <p>Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.</p>			
--	--	---	--	--	--

AS 04 278 ACS

					<p>Юбка защитная: Юбка предназначена для защиты от рентгеновского излучения персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.</p> <p>Воротник защитный: Воротник предназначен для защиты от рентгеновского излучения щитовидной железы персонала или пациентов при проведении рентгеноскопии, рентгенографии легких, при черепных или стоматологических исследованиях. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.</p> <p>Перчатки защитные: Перчатки предназначены для защиты кистей и запястий рук от рентгеновского излучения персонала при проведении рентгенодиагностических исследований. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм.</p> <p>Шапочка защитная: Шапочка предназначена для защиты от СВЧ излучений медицинского персонала в физиотерапевтических кабинетах, других помещениях, в которых генерируются СВЧ излучения. Свинцовый эквивалент не менее 0,25 мм.</p> <p>Очки защитные: Рентгенозащитные очки предназначены для фронтальной и боковой защиты хрусталика глаза персонала и пациентов от воздействия рентгеновского излучения при рентгеновских исследованиях и лучевой терапии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм.</p> <p>Передник для защиты гонад: Передник предназначен для защиты от рентгеновского излучения внутренних органов (гонад, таза, бедер) врача-рентгенолога или пациентов при проведении рентгеноскопии и рентгенографии черепа, легких и конечностей. Свинцовый эквивалент не менее 0,35 мм.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





				<p>Тележка гидравлическая ручная: Предназначена для транспортировки грузов вручную. Грузоподъемность не менее 2,5 т. Комплект поставки Контроллер рентгеновского излучения – 1 шт. Трансформатор высокого напряжения – 1 шт. Рентгеновская трубка – 1 шт. Коллиматор – 1 шт. Стойка рентгеновской трубки-тип напольный-1 шт Стол Букки, 4-направления – 1 шт. Решетка букки – 1 шт. Кабель высокого напряжения – 1 шт. Вторичный источник электропитания (PSU)- 1шт Проявочный процессор рентгеновских пленок – 1 шт Кассета 24x30 Пленка 24x30</p> <p>Комплект ЗИП (или комплект принадлежностей): Потенциометр многооборотный; Галогенная лампа; Ключи рожковые, набор; Отвертка фигурно-крестовая; Отвертка фигурно-крестовая, малая. Набор защитных пластин (изделие предназначено для защиты отдельных органов и частей тела пациента от рентгеновского излучения при проведении рентгеноскопии и рентгенографии. Свинцовый эквивалент не менее 0,5 мм). Требования к условиям эксплуатации Трёхфазная электрическая сеть 380 (±10%)В, 50(±1) Гц</p> <p>Руководство пользователя – на русском и казахском языке. Документация: - Свидетельство о регистрации оборудования на территории РК;</p>	
--	--	--	--	--	--

Handwritten signature and date: 10.08.2018

		<p>- Сертификат соответствия; - Письмо об отсутствии необходимости внесения в Реестр СИ; - Инструкция по эксплуатации на русском и на казахском языках</p> <p>Демонтаж изношенного рентгеновского оборудования</p> <p>Монтаж и установка: Аппарат должен быть собран и проинсталлирован специалистом поставщика на рабочем месте заказчика (медицинское учреждение).</p> <p>Срок гарантийного обслуживания: 36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.</p> <p>Срок поставки: 30 календарных дней</p>				
	Итого					

Заказчик:

М.П.

Поставщик:

М.П.

Handwritten signature